

中华社会救助基金会
2019 年三村公益“平安村卫帮扶公
益项目”招标文件

中华社会救助基金会

二〇一九年六月

目 录

一、 邀请函	1
二、 投标人须知	2
三、 商品详细规格及要求	3
四、 投标注意事项	19
五、 开标与评标	22
六、 确定中标	24
七、 其他条款	25
八、 投标文件附件格式	27

一、邀请函

_____公司：

1、中华社会救助基金会三村公益“平安村卫帮扶公益项目”捐赠物资-医疗设备的采购经批准，现通过邀请采购单位选定供应商。

2、现邀请合格的供应商，进行密封报价，通过评审择优选出成交单位，来完成本合同项目的采购。

3、贵单位若愿意参加报价，可携带单位营业执照复印件、投标回函（见附件1）、法人身份证明及法人身份证复印件或法人授权书及代理人身份证复印件（见附件2、3）。于2019年6月3日至2019年6月17日17:30时前向中华社会救助基金会领取招标文件（以电子邮件的方式发放到各个单位。）

联系方式：中华社会救助基金会

通讯地址：北京市东城区王府井东街8号澳门中心写字楼806室

联系人：王文

电 话：010-58138033 13693340009

中华社会救助基金会

二〇一九年五月十日

二、投标人须知

项号	内容规定
1	项目综合说明
	<p>项目名称：中华社会救助基金会三村公益“平安村卫帮扶公益项目”捐赠物资—医疗设备的采购</p> <p>项目内容：检测一体机、E视一体机等医疗设备一批</p> <p>要求质量标准：所提供的不低于招标人选定样品的要求。</p> <p>要求交货时间：见《中华社会救助基金会 2019 年度采购合同（医疗设备）》</p>
2	合同名称：《中华社会救助基金会 2019 年度采购合同（医疗设备）》
3	资金来源：中华社会救助基金会三村公益“平安村卫帮扶公益项目”自筹
4	报价有效期为 15 天
5	采购单位联系人：王文 电话：010-58138033 13693340009
6	投标文件： 2 份
7	报价文件递交至：北京市东城区王府井东街 8 号澳门中心写字楼 806 室
8	报价截止日期:2019 年 6 月 17 日 17 时 00 分
9	<p>开标时间：2019 年 6 月 24 日 09 时 20 分</p> <p>地点：北京市东城区王府井东街 8 号澳门中心写字楼 806 室</p>
10	投标保证金：本项目投标保证金规定金额为：20000.00 元，大写：人民币贰万元整；（递交前请提前告知招标人）
11	评标方法：采用综合评估法进行评审
12	<p>投标费用：报价单位应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用。</p> <p>不管报价结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。</p>

三、商品详细规格及要求

一、 采购产品规格

序号	进口产品	项目名称	产品规格	计量单位	预算金额 (万元)	最高限价(万元)
1	否	E视一体机	E视一体机	台	1000	1000
2	否	检测一体机	检测一体机	台		
3	否	听诊器	双用	盒		
4	否	出诊箱(含急救包)	14寸	只		
5	否	清创包	16件	盒		
6	否	简易呼吸器	pvc 大号(进口料)	只		
7	否	压缩雾化仪器	403g2	台		
8	否	额灯	充电版	盒		
9	否	制氧机	3L	台		
10	否	24小时动态血压监测仪	WBP-02	台		
11	否	12导联动态心电分析系统	12导联	台		
12	否	神灯	台式	台		
13	否	便携式吸痰器	7e-a	台		
14	否	一次性医疗用品一批	一次性使用换药盒 方型 透明 100个/包	盒		
			一次性使用灭菌橡胶外科手套 无粉/无粉 6.5-8# 50付一盒	盒		
			医用无纺布帽 灭菌型 直筒型 15cm*22cm 38g 深蓝机制 20顶/袋,	盒		

			医用护理口罩(OTC) 长方形挂耳型 17cm*9cm-3P 10只/袋 (25小袋/中袋)	盒	
			弹性绷带 7.5*450 12卷一包	盒	
			医用纱布片 7.5*7.5*8层*5片/袋(12袋/盒)灭菌级	盒	
			一次性使用尿杯 中号(透明) 1000个一条	盒	
			夹板 成人小号(木质)	盒	
			敏感目测尿常规试纸条尿8项尿蛋白试纸尿酸PH值隐血尿液分析试纸 100人份/瓶	盒	
			接触性创面敷贴(留置针用)(医院) 6*7*1片/袋 U型口 100片一盒	盒	
			艾博大便便隐血OB便潜血试纸 50份一盒带带采样杯和竹签	支	
			早早孕测试条 30支	盒	
			含氯消毒片 100片/瓶	盒	
			灭菌包装袋 55MM*200M	盒	
15	否	华佗牌一次性针灸针	500支	盒	
16	否	艾灸套	54柱	盒	
17	否	火罐套装	18罐	盒	
18	否	穴位训练模型	高清男模 50cm	台	

19	否	氧气袋	50L	只		
20	否	304 不锈钢方盘	11.5 寸	只		

二、要求：

1、**产品质量保证。**符合国家有关标准和规范的规定和要求，涉及医疗器械产品应提供医疗器械注册证

2、技术规格

投标人所投产品应符合甲方使用实际，所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。

所有商品带软件商品需安装完成配套软件。

具体技术规格如下：

序号	品名	货物主要技术参数、规格	单位	数量	最高限价(每件/元)
1	e 视一体机	1、硬件指标及参数要求	台	55	8500
		操作系统 OS : android 5.1			
		CPU 主频 : 4 核 , 1.8GHz			
		运行内存 : 2G			
		闪存 : 8G			
		摄像头 : 客屏 500W 像素 , 支持外接			
		主屏 : 15.6 英寸 1920*1080			
		可内置身份证或者身份证+nfc 二合一			
		音频功放 : 支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、APE、FLAC、AAC、M4A、3GPP 等			

		<p>图片浏览：支持 JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、JFIF 等格式图片浏览</p> <p>视频播放：支持 4K、HDMI2.0，支持 1080P 多格式视频解码</p> <p>网络：1、802.11b/g/n,2.4GHz 2、蓝牙 4.0 3、以太网接口 RJ45*1</p> <p>自带打印机：80mm 打印带切刀</p> <p>接口： USB2.0*4/RS232*1/RJ11*1/RJ45*1/Micro USB*1</p> <p>客屏:11.6 英寸，分辨率 1920*1080，触摸屏，支持异显</p> <p>扩展内存：最大扩展 64G</p> <p>NFC 读卡器：可内置身份证或者身份证+nfc 二合一</p> <p>SIM 卡：4G 全网通</p> <p>喇叭：单个声音分贝不低于 90 分贝（或根据样机测试实际音效）</p> <p>2、产品特点要求</p> <p>1.底座稳固，工艺圆滑，无粗糙感，整体结构和高度满足坐姿就诊场景；</p> <p>2.主客屏异显，大屏操作灵敏；客屏配 500W 摄像头，调整角度满足人物全态</p> <p>3.选配：内置身份证（二代证）阅读模块，读取身份证信息，验证身份证真伪</p>			
2	检测一体机	<p>1、硬件指标及参数要求</p> <p>1、健康一体机主机</p>	台	500	5900

		主机配有 10.1 英寸的电容触摸显示屏；			
		主机配置运行 Android 操作系统；			
		主机配置 RJ45 有线网口，且支持 Wi-Fi、3G 通讯功能、内置蓝牙模块；			
		主机配置 USB 接口；			
		主机内置身份证读卡器；			
		主机配有前置摄像头、麦克风；			
		在无市电情况下可连续工作 4h。			
		2、内置心电、心率模块			
		支持导联脱落自动检测和提示			
		支持心电波形及诊断结果远程传输功能			
		动态范围：±5mv			
		灵敏度：支持 5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV/			
		电极：支持能反复使用的非贴片式电极			
		心率检测：测量范围 30bpm~300bpm，测量精度±1bpm 或±1%			
		自带并提供自动诊断结果功能			
		心率测量范围：30bpm~300bpm。			
		测量误差：当心率≥100bpm 测量误差±2%之内，当心率<100bpm 测量误差±2bpm 之内			
		3、内置血压模块			
		具备测量结果数据传输功能			
		测量范围：收缩压 40mmHg~270mmHg、舒张压 10mmHg~215mmHg；			
		测量精度：平均误差±5mmHg 之内、标准偏差 8mmHg 之内			

		测量分辨率：1mmHg			
		独立过压保护：300mmHg			
		配备成人袖带、儿童袖带			
		4、内置血氧模块			
		具备测量结果数据传输功能			
		测量范围：0%~100%			
		测量精度：70%~100%范围内，测量绝对误差±2%			
		测量分辨率：1%			
		探头类型：指夹式			
		报警功能：具有低血氧报警功能			
		故障检测功能：提供探头脱落的故障检测功能			
		2、可扩展设备			
		1、血糖仪			
		具备 USB 接口通讯功能			
		可检测毛细血管全血中的血糖			
		血糖仪测量范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L			
		血糖仪测量准确度：测量范围≤4.2mmol/L，准确度偏差不得超过±0.2mmol/L；测量范围>4.2mmol/L，准确度偏差不得超过±3.5%			
		血糖仪每例测定时间不大于 10 秒			
		2、体温计			
		•具备测量结果数据传输功能			
		•测量范围：30°C~45°C			
		•感温部位：额头			
		•测量误差：±0.2°C			
		•分辨率：0.1°C			

		<p>3、尿常规</p> <p>具备测量结果数据传输功能</p> <p>具备开机自检功能</p> <p>支持故障提示功能</p> <p>测试速度：大于等于 60 条/小时</p> <p>检测项目：葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、比重（SG）、PH、酮体（KET）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）</p> <p>重复性：反射率测试结果的变异系数小于等于 1%</p> <p>稳定性：开机 8 小时内，反射率测试结果的变异系数小于等于 1%</p>			
3	听诊器	<p>1、产品规格：双用听诊器</p> <p>2、产品特性:1、扁型听诊头用于听取高音调杂音 2、钟形听诊头用于听取低音调杂音</p> <p>3、产品用途：用于收集和放大从心脏、肺部、动脉、静脉和其他内脏器官处发出的声音</p>	盒	350	19
4	出诊箱（含急救包）	<p>1、产品规格:14 寸</p> <p>2、产品特性:1、铝制包边经久耐用防刮耐磨 2、环保材料 3、高亮提手 4、分层设计 5、含至少 30 件装急救包</p> <p>3、产品用途：用于出诊或户外救助</p>	只	350	185
5	清创包	<p>1、产品规格:16 件</p> <p>2、产品特性:1、16cm 手术剪一把 2、14cm 手术剪一把 3、16cm 止血钳一把 4、14cm 止血钳一把 5、16cm 辅料钳、组织镊各一把 6、3#、4#手术刀柄各一把 7、缝合针 5 根</p>	盒	350	145

		3、产品用途：急救清创缝合			
6	简易呼吸器	1、产品规格:pvc 大号 (成人型)	只	350	160
		2、产品特性:1、产品应配备呼吸球、组合颈、储气袋、面罩、连接管、开口器、口咽通气道 2、医用级硅胶材料 3、外观清洁无毛刺 4、具备二类医疗器械注册证			
		3、产品用途：主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用			
7	压缩雾化仪器	1、产品规格:1、压缩式雾化器 2、型号 403G2	台	350	148
		2、产品特性:1、雾化率 $\geq 0.1/\text{min}$ 2、噪音小于 $\leq 65\text{db (a)}$ 3、配备导管、雾化杯、咬嘴、卧式弯头、儿童面罩 4、采用无油活塞泵 5、体积 $19*15*12(\text{cm})$			
		3、产品用途：用于呼吸道疾病雾化治疗			
8	额灯	1、产品规格:3w 头灯	盒	350	85
		2、产品特性:1、轻便小巧 2、电池容量 2600mah			
		3、锂电池 3、产品用途：临时照明			
9	制氧机	1、产品规格:鱼跃 3L	台	350	2680
		2、产品特性:1、出氧浓度稳定、体重轻、噪音低 2、0.5-3L 出氧量 3、重量小于 16kg 4、出氧浓度大于 90% 5、带氧浓度检测 6、低氧浓度报警 7、断电、故障报警 8、雾化功能			
		3、产品用途：医疗机构制取氧气供缺氧用户给氧用			
10	24 小时动态血压仪	1、产品规格: WBP-02 动态血压监测仪	台	350	6000
		2、产品特性:			

		1、硬件参数			
		测量方法 阶梯放气示波法			
		收缩压测量范围 40-260 mmHg			
		舒张压测量范围 20-210 mmHg			
		心率范围 40-200 bpm			
		准 确 性 ± 3 mmHg			
		工作电源 1000maH 锂电池, 可测量并记录 200 条数据			
		数据存储 闪存存储高达 350 个读数			
		校准 最低两年一次			
		安全系统 最大充气压力限制到 290mmHg ;断电 自动安全打开阀门 ;			
		最大 BP 测量时间限制到少于 120 秒。			
		取样周期 多个独立可程序化周期 (5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 45 , 60 , 90 , 120min)			
		尺寸约 119×52×21mm			
		净重量 约 105g , 包括电池,袖带			
		工作环境 温度 : 5°C ~ 40°C ; 相对湿度 : 10% ~ 95% ; 大气压力 : 70KPa ~ 106KPa ;			
		储存条件 温度为 -20°C - +55°C ; 相对湿度不大于 95% ; 大气压力 : 70KPa ~ 106KPa ;			
		数据连接方式 : USB 连接			
		2. 产品硬件参数			
		1) 可穿戴式佩戴, 无袖管设计, 体积小, 重量轻, 方便携带。			
		2) 双压力传感器, 双重保护功能。			
		3) 采用防干扰动态血压技术, 提供很强的抗运动			

		<p>干扰能力。</p> <p>4) 独有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。</p> <p>5) 智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg 以提高病人舒适性，减少测量时间。</p> <p>6) 袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。配备纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑可免于清洗袖带。</p> <p>7) 提供最大充气压设置。</p> <p>8) 测量失败会自动重测。</p> <p>9) 带前后翻页按键，可显示屏回看数据。</p> <p>10) 65X25CM LCD 显示屏。</p> <p>11) 电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池。</p> <p>3. 软件参数：</p> <p>1) 分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图(离散图)。</p> <p>2) 软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。</p> <p>3) 统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上。</p> <p>4) 电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。</p> <p>5) 趋势图需要可以容纳最多 72 小时的数据。</p> <p>6) 可自动生成 PDF 格式报告。</p> <p>7) 软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背</p>			
--	--	--	--	--	--

		景、血压阈值等图表颜色,符合操作医生的审美习惯。			
		8) 有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据			
		4、配备针式打印机,软件应预装电脑系统内			
		5、产品用途:24小时动态血压检测			
11	12导联动态心电图仪	1、产品规格:PENGYANG-H12动态心电图分析系统	台	350	8000
		2、产品特性:			
		一、记录盒技术参数			
		供电方式 可充电锂电池			
		重量 108g(带电池)			
		常规采样频率 $\geq 6000\text{Hz}$			
		起搏采样频率 $\geq 16000\text{Hz}$			
		存储频率 250Hz			
		导联方式 威尔逊导联体系			
		记录时间 ≥ 24 小时			
		记录器存储容量 大于等于 8GB			
		标准灵敏度 10mm/mV,误差范围 $\pm 5\%$			
		输入回路电流 各输入回路电流不大于 0.1 μA			
		输入阻抗 输入阻抗高于 16M Ω			
		最小检测信号 能检测 10Hz、20 $\mu\text{Vp-p}$ 偏转的正弦信号			
		噪音电平 折合到输入端的噪声电压不大于 30 $\mu\text{Vp-p}$			
		耐极化电压 加 $\pm 300\text{mV}$ 的直流极化电压,灵敏度变化不大于 $\pm 5\%$			
		共模抑制比 不小于 89dB			

		幅度频率特性 0.67Hz-40Hz (+ 0.4 dB、 - 3.0 dB)			
		记录盒特征 支持断电续采			
		二、 电源条件			
		12 导心电图记录盒：采用可充电锂电池			
		充电器：AC220±22V，50Hz±1Hz			
		三、 环境条件			
		工作环境要求：			
		温度：10°C-30°C；相对湿度：≤70%；大气压力：86kPa-106 kPa			
		贮存环境要求：			
		温度：-20°C-55°C；相对湿度：≤93%；大气压力：50kPa-106 kPa			
		四、 记录盒工作方式			
		设备运行方式：连续工作方式			
		数据回放：SD 卡连接读卡器通过计算机的 USB 口进行回放			
		五、 特征参数			
		序号 模块 详细技术参数			
		1 数据库模块 病例特征引擎：支持病例自定义条件分类			
		病例搜索引擎：支持多条件、模糊查找			
		病例复制：支持患者基本信息复制功能			
		批量导入：支持病例批量导入功能			
		批量导出：支持病例批量导出功能			
		托盘式最小化：支持分析系统最小化到托盘			
		2 分析模块 智能全导联预分析：支持最多 12			

		<p>导同步预分析功能,并自动排除干扰导联及无信号导联</p> <p>l 自定义参数预分析:支持预分析 R 波及干扰波的预设功能</p> <p>l 预分析清空:支持清空分析数据功能,满足教学要求</p> <p>l 房扑/房颤分析工具:小时散点图及时间散点图功能</p> <p>3 模板模块 l 全模板瞬时叠加 (FTTM):提供所有聚类模板“0”延迟同步叠加功能,瞬时可查看所有模板同步叠加情况</p> <p>l 重聚合:支持 12 导任一导联重新聚合功能,每一次聚合系统均自动进行一次运算</p> <p>l 模板匹配调节轴 (TPAS):支持聚类模板精细化分类调整功能</p> <p>l 蓝钉:人工编辑后的心搏以蓝色图钉标识,不再参与后续重分析过程</p> <p>l 选段重分析:支持任意选段重分析功能,并支持此选段参数自定义设置</p> <p>l 直方图:提供间期及间期比直方图,并支持直方图滚动选取,以及直方图多选功能</p> <p>l 散点图:支持 Lorenz 散点图、时间散点图、小时散点图编辑功能</p> <p>l 多导联显示:每个事件窗口最多可显示 3 个导联</p> <p>l 智能排序:支持事件窗口内心搏排序功能,并根据不同事件类型提供不同排序方式</p> <p>l 素描绘图引擎:绘图方法采用素描式,极易找出</p>			
--	--	---	--	--	--

		不同形态的心搏			
		4 事件模块 智能事件：提供最快心率、最慢心率、最长 RR 间期、最短 RR 间期默认送入打印队列，且系统自动筛选无干扰、无心率失常的最佳片段；事件提供多种排序方式			
		留图痕迹：支持预留片段图标记功能			
		特殊事件识别：支持间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、疑似阻滞事件识别			
		ST 段瞬时扫描：支持 ST 段自定义定标，趋势图随定随改变			
		瀑布图：提供同步 12 导 P 波、T 波方向及幅度查看			
		5 高级模块 HRV：提供心率变异时域和频域功能			
		心率震荡：提供心率震荡功能			
		T 波电交替：提供 T 波电交替功能			
		(连续) 心率减速力：提供 (连续) 心率减速力功能			
		心率加速力：提供心率加速力功能			
		QT、QTc 离散度：提供 QT、QTc 离散度功能			
		睡眠呼吸：提供睡眠呼吸功能			
		6 报告模块 首页自定义：提供报告首页样式及内容自定义编辑功能			
		智能结论：提供可编程式自动结论，并具有逻辑功能			
		打印导联切换：提供在报告模块下，切换片段图			

		<p>显示导联数量功能,并支持同时应用至全部片段图</p> <p>1 多类型电子版报告:支持生成电子版报告(PDF、XML、JPG、PNG、BMP、GIF、TIG、RAW) 功能</p> <p>7 设置模块 1 自定义编号:提供自动编号规则自定义功能</p> <p>1 自定义存储路径:支持数据存储路径修改功能</p> <p>1 自定义打印:支持打印颜色、打印内容自定义功能</p> <p>1 自定义配色:支持配色方案自定义功能,并预设两种配色方案</p> <p>8 其他 1 全局撤销:支持全局撤销功能,包括对预分析的撤销</p> <p>1 智能联想:修改前一个心搏的类型,之后的心搏类型智能识别</p> <p>1 兼容性升级:可升级为 18 导、12 导兼容分析系统</p> <p>六、配备电脑及显示设备,内置软件和分析系统</p> <p>3、产品用途:24 小时心电活动监测</p>			
12	神灯	<p>1、产品规格:立式特定电磁波治疗仪</p> <p>2、产品特性:1、波长 2-25 微米 2、工作环境 5-40 摄氏度 3、伸展范围:支臂伸展大于 400mm4、仰角度大于 90 度 390 摄氏度 7、</p> <p>5、时间设置 0-60 分钟 6、辐射版表面温度 270-360 摄氏度 7、辐射板寿命大于 1000 小时</p> <p>8、可滑动底座</p> <p>3、产品用途:适用于软组织损失、关节炎、肩周</p>	台	350	190

		炎等辅助治疗			
13	便携式吸痰器	1、产品规格:鱼跃电动吸痰器 7E-A 2、产品特性:1、产品结构活塞泵、外壳、储液瓶、真空表、空气过滤器、吸引管道组成 2、噪音小于 65db 3、抽气速率:大于 15L/min 4、储液瓶 1000ml 5、大气压力范围:860-1060hpa 3、产品用途:供吸脓血、痰等粘稠液体用	台	350	498
14	一次性医疗用品一批	一次性使用换药盒 方型 透明 100 个/包 一次性使用灭菌橡胶外科手套 无粉/无粉 6.5-8# 50 付一盒 医用无纺布帽 灭菌型 直筒型 15cm*22cm 38g 深蓝机 制 20 顶/袋, 医用护理口罩 (OTC) 长方形 挂耳型 17cm*9cm-3P 10 只/袋 (25 小袋/中袋) 弹性绷带 7.5*450 12 卷一包 医用纱布片 7.5*7.5*8 层*5 片/袋(12 袋/盒)灭菌级 一次性使用尿杯 中号(透明) 1000 个一条 夹板 成人小号 (木质) 敏感目测尿常规试纸条尿 8 项尿蛋白试纸尿酮尿酸 PH 值隐血尿液分析试纸 100 人份/瓶 接触性创面敷贴(留置针用) (医院) 6*7*1 片/袋 U 型口 100 片一盒 艾博大便便隐血 OB 便潜血试纸 50 份一盒带带 采样杯和竹签 早早孕测试条 30 支	批	350	1300

		含氯消毒片 100片/瓶			
		灭菌包装袋 55MM*200M			
15	一次性针灸针	1、产品规格:500支 2、产品特性:1、不锈钢柄 2、针长 13-75mm 3、产品用途：供针灸疗法用	套	350	60
16	艾灸套装	1、产品规格:木质艾灸盒 2、产品特性:1、陈艾绒 30 : 1 2、18*25mm 3、有塑封膜 4、54柱艾柱 3、产品用途：艾灸用	套	350	50
17	火罐套装	1、产品规格:18罐 2、产品特性:1、火罐含(含酒精灯、刮痧油、树脂刮痧板、点火棒、镊子) 2、医用钠钙玻璃 3、产品用途：中医拔罐用	套	350	89
18	穴位训练模型	1、产品规格:高清男模 50cm 2、产品特性:1、穴位精准清晰 2、白色模型 3、产品构成模型、底座、固定支架 3、产品用途：中医针灸推拿用	台	350	85
19	氧气袋	1、产品规格:50l 氧气袋 2、产品特性:1、pvc 材质 2、产品构成：氧气袋、鼻氧管、调节阀、导管阀头 3、产品用途：缺氧人员临时给氧用	只	350	49
20	304 不锈钢方盘	1、产品规格:55*310*210 11.5 寸 2、产品特性:1、产品颜色不锈钢本色 2、材质为 304 医用不锈钢 3、带盖 3、产品用途：消毒器具容器	只	700	39

2.1 标准规范

序号	标准号	标准名称
1	中国国家强制性产品认证证书	E 视一体机
2	二类医疗器械注册证	检测一体机
3	二类医疗器械注册证	听诊器
4	二类医疗器械注册证	出诊箱（含急救包）
5	二类医疗器械注册证	清创包
6	二类医疗器械注册证	简易呼吸器
7	二类医疗器械注册证	压缩雾化仪器
8	中国国家强制性产品认证证书	额灯
9	二类医疗器械注册证	制氧机
10	二类医疗器械注册证	24 小时动态血压仪
11	二类医疗器械注册证	12 导联动态心电检测仪
12	二类医疗器械注册证	神灯
13	二类医疗器械注册证	便携式吸痰器
14	二类医疗器械注册证	一次性医疗用品一批
15	二类医疗器械注册证	华佗牌一次性针灸针
18	二类医疗器械注册证	穴位训练模型
19	二类医疗器械注册证	氧气袋

以上仅供参考，须根据现行最新标准及规定执行。

三、付款方式：

第一次付款时间为签定合同时支付合同金额的 30%款项；

第二次于签订合同后 60 日内，支付 50%款项；

第三次于乙方交付本合约下所有货物至甲方指定的交货地点，合格明细单、全额增值税专用发票（税率为 13%）向甲方请款，甲方在

收到上述文件后 30 日内支付合同 20%;

支付方式：银行转账。

四、售后服务要求：

产品质量实行“三包”服务。

五、验收：

按照国家标准进行检测验收。

四、投标注意事项

(一)、招标文件注意事项

1、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，于领取招标文件后 3 日内向招标人索取，否则责任自负。同时应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件要求编制投标书，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性相应，其风险由投标人自行承担。

2、投标人若对招标文件有疑问，应在截标日 1 天前将需澄清的问题与书面形式送达至招标人，招标人将于投标截止日 1 天前以书面形式予以澄清，向所有投标人发送传真，投标人在收到该澄清文件后当日内以书面形式给予回复确认，该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

(二)、投标书的组成

1、企业简介；

- 2、投标函；
- 3、法定代表人身份证明书、法人委托授权书；
- 4、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照；
- 5、投标报价表（需详细注明产品的规格、型号、材质、单价、数量及金额，报价单需单独密封）；
- 6、企业近三年已完成类似项目的业绩；（原件开标现场随带备查）
- 7、售后服务；
- 8、投标保证金交存凭证复印件；
- 9、检测报告；
- 10、投标人应为需要提供的其它内容。

投标人应按要求提供以上内容的相关资料，并签署、密封。

（三）、投标有效期

- 1、投标截止之日后日历天 30 天。
- 2、在原定的投标有效期满之前，如果出特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，这种要求和答复应以书面的形式进行。

（四）、投标保证金

- 1、投标人应提交贰万元整（¥20000.00 元）的投标保证金。币种：人民币。
- 2、投标保证金是投标文件的组成部分。
- 3、投标保证金以转账形式交予招标人，投标保证金应在截标日前一天 17：00 之前到达指定账户，投标人须与招标人联系，招标人在确认到账后，会获得收款收据一张给投标人。

开户单位：中华社会救助基金会

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京三元支行

账 号：600669992

汇款请备注：中华社会救助基金会三村公益基金-投标保证金

联系人、电话：叶玲玲 010-58138033

4、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5、非中标候选人的投标保证金将在中标人确定后 10 日内无息退还。

6、中标候选人的投标保证金直接转为履约保证金，履约保证金在合同终止后 30 天内无息予以退还。

7、下列情况发生时，投标保证金将被没收：

a) 投标方在规定的投标文件有效期内撤回投标文件。

b) 中标方在收到中标通知书后拒绝签署合同。

c) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

(五)、投标书的份数、签署和装订

1、投标方应按要求，准备投标文件正本 1 份, 副本 1 份。

2、投标文件的正本副本需打印或用不褪色墨水书写并由投标方或经投标方正式授权的代表签字和盖章。

3、除投标方对错误之处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须有投标方或其授权代表签字和盖章后有效。

(六)、投标文件的密封和标记、递交

1、投标方应将投标文件密封，外层封套，封口处盖章。

2、投标方按招标方统一规定格式和要求填写报价，报价单须单独密封，报价封面需写明投标单位和“报价部分”的字样。

3、投标报价表均应用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人或其授权代表签署并加盖法人公章和法定代表人印鉴（授权代表签署须出具法人授权书），投标报价表须无涂改和行间插字，否则为废标。

4、商务标、技术标、报价须合装在一个密封的文件包，并在该文件

包外包封上清楚写明收标人单位及地址、招标项目名称、投标方姓名及联系方式，密封处有法人代表或其授权代表签字并盖公章。

5、投标文件应在投标截止时间前寄达或送达投标地点，迟到的投标文件将被拒绝。

五、开标与评标

1. 开标与评标

1.1 招标方在中华社会救助基金会组织及主持开标会议，各投标方代表要在 10 分钟内完成述标，述标完成后退出会场，不参与后续评标。

1.2 评标委员会：招标方按中华社会救助基金会规定组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.3 开标后，直至向中标的投标方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向与评标无关的其他人透露。

2. 投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、澄清、比较，招标方可要求投标方对其投标文件进行澄清，评标过程中可通过电话或当面与投标方进行有关要求的澄清，事后投标方应以书面形式（包括电传、传真）提交

澄清的答复。

3. 投标文件的评审

3.1 评标委员会将按照招标文件中的要求审查投标文件的内容，以判定技术方面是否完全响应招标文件中规定的要求，以确定投标文件是否完整无缺，有无计算错误，文件是否已经正确签署，以及投标文件是否有序。

3.2 招标方将对实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，如果投标方不接受对其错误的更正，其投标将视为废标。修正错误的原则如下：

a) 如果单价和由单价与数量相乘而得的总价之间存在偏差，则应以单价为准对总价进行修改。

b) 用数字表达金额与文字表达金额不一致时，以文字金额为准。

3.3 如发现有下列情形之一的，其投标将按废标处理。

a) 投标方未提交投标保证金或保证金金额不足。

b) 超出经营范围投标的。

c) 投标方无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

d) 投标有效期不足的。

4 评标原则

4.1 本项目采用综合评估法进行评标。

5、与招标方接触

5.1 投标方影响招标方的投标评估、比较或合同授予决策的任何行为，都可能导致废标。

5.2 除按本章规定的澄清外，招标方不得对投标方透露与评标相关的内容。

六、 确定中标

1、 中标候选人的确定原则及标准

1.1 确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。综合评估法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

2、 最终审查及确定中标人

2.1 评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序。

3、 中标通知书

3.1 在投标有效期期满之前，招标方将书面通知中标人中标。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。招标文件和投标文件均是合同的有效部分（包括招标过程中的往来函件）。

4、 合同协议的签署

4.1 中标方应在收到中标通知书 30 日内与招标方签订合同、协议。

4.2 招标方在执行合同时有权在规定的幅度内对产品的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

5. 腐败和欺诈行为

5.1 投标方、招标方等参与招投标的各方均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和职业道德水准。

5.2 如果中标方被认为在本次招标竞争中有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

5.3 如果投标方在任何时候被法院及政府有关管理部门认定有腐败和欺诈行为，招标方有权拒绝其投标，取消其中标资格，撤销已签署的合同。

七、其他条款

1 付款方式

第一次付款时间为签定合同时支付合同金额的 30%款项；

第二次于签订合同后 60 日内，支付 50%款项；

第三次于乙方交付本合约下所有货物至甲方指定的交货地点，合格明细单、全额增值税专用发票（税率为 13%）向甲方请款，甲方在收到上述文件后 30 日内支付合同 20%；

支付方式：银行转账。

2 供货范围

2.1 投标方必须保证供货产品的完整性，必须是符合国家和/或行业有关标准及规范的产品。

2.2 投标方供货产品应是保证满足招标文件中所规定的产品名称、规格型号、技术指标、质量保证及售后服务等各项指标。

3 技术指标

中标方需向招标方提供第三方检测报告。

4 交货方式

交货方式为：招标所有货物至甲方指定的交货地点交货，中标方负责代办运输，运输费用由中标方承担，产品运输过程中损失或丢失由中标方承担。

5 罚则

如果投标方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标方可从货款中扣除违约赔偿费，如果投标方在达到合同规定的最高限额后仍不能交货，招标方可考虑终止合同。

6 不可抗力

6.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

6.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件寄达或送达另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

7 诉讼

7.1 友好协商，在协商不成的情况下，依法向招标方所在地人民法院起诉，一切费用由败诉方承担。

7.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

8 转让和分包

8.1 投标方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

8.2 如投标方擅自部分转让或全部转让其应履行的合同义务，招标方有权终止合同并要求投标方按转包金额的 200%赔款给招标方。

八、 投标文件附件格式

附 件 1

投 标 函

至：____（招标单位名称）_____

（1）根据已收到的_____招标文件，经充分研究招标文件后，我方愿意投标报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的全部工作，并按合同条款，采购标准和采购内容的田间要求供货，并承担任何质量缺陷售后责任。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）其投标自开标日起有效期为_____个日历日。

（4）若我方中标，我单位保证产品质量达到国家（第三方）检验标准

（5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后不签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）在正式合同准备好和签字前，本投标文件及贵方的书面中标通知书将构成约束我们双方的合同。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

委托代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

附 件 2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____的法定代表人。为委托的项目工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

附件 3

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于 _____
(地址) 的 _____ (公司名称) 的法定代表
人 _____ (法定代表人姓名、职务) 授权 _____ (被
授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人在下面签字，并将以本
公司名义处理一切与 _____ 项目
(项目名称) 的合同投标及合同的执行、完成和维护有关的事务。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日
签字生效，特此声明。

法定代表人签字(盖章)： _____
代理人(被授权人)签字(盖章)： _____
代理人(被授权人)职 务： _____
单位名称： _____
地 址： _____

附件 4

货物清单报价表

序号	货物名称	货物规格	单位	数量	单价	总金额	备注
1							
2							
本表共 页，本页为第 页，小计： 元							
货物清单报价 合计： 元							

报价单位：（盖章）

编制人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日